



ALLEGATO 7

CODICE ..... **GT1572**  
DIMENSIONI ESTERNE: ... 500x550x1800 mm  
PESO ..... 50 kg

## IMPACT TEST CSTB SHOCK LEGGERO

### NORMATIVE

CSTB CAHIER, 3778-2017, ALLEGATO 7

### DESCRIZIONE

Strumento usato per la determinazione della resistenza allo shock leggero delle piastrelle ceramiche smaltate come descritto dalla CSTB CAHIER 3778-2017 ANNEX 7.

L'apparecchio di prova è composto principalmente da:

- Un supporto rigido per sostenere una lastra di cemento di 40x40 cm
- Un'asta verticale su cui scorre un supporto equipaggiato con magneti che trattiene la sfera d'acciaio prima della sua caduta
- Una sfera d'acciaio lucido di 50 gr
- Una piastra in cemento pressato di 40x40 cm spessore 4 cm

### SPECIFICHE TECNICHE

- Struttura in acciaio verniciato a polvere

### DOTAZIONE

- Telaio in acciaio per il posizionamento del campionesi di prova
- Sfera di acciaio 50 gr