


ALLEGATO 6

CODICE **GT2195**
DIMENSIONI ESTERNE . . . 1000x1050x1300 mm
PESO 60 kg

IMPACT TEST CSTB
NORMATIVE

CSTB CAHIER 3778-V3-2018, ALLEGATO 6,

DESCRIZIONE

Strumento per la determinazione della resistenza all'impatto

SPECIFICHE TECNICHE

- Struttura in acciaio verniciato a polvere

DOTAZIONE
ALLEGATO 6:

Strumento per la determinazione dello shock pesante per le piastrelle ceramiche non smaltate. L'apparechio di prova è composto da:

- Letto di sabbia di dimensioni adatte a una piastra di cemento di 70x70 cm con spessore 6 cm.
- Una asta verticale su cui scorre un supporto equipaggiato con magneti che trattiene la sfera di acciaio prima della sua caduta
- Una biglia di acciaio di 510 gr